FIS

OralChroma

구취측정기

CHM-2

구취 Level 확인

구강 내 상태의 관리 수단

구강 내 위생 동기부여

구강 내 가스의 주요 성분을 고감도 측정

오랄크로마는 구강 내 가스의 주요 성분인 휘발성 유황화합물 중
3가지 주요 가스(황화수소, 메틸메르캅탄, 디메틸설파이드)를 분리하여
각각의 농도를 측정할 수 있기 때문에 구취의 유무 및 관리 효과의 확인에 도움이 됩니다.

고감도 • 고정확도

반도체식 가스센서와 오리지널 소형 컬럼으로 높은 정확도를 실현했습니다.

간단 조작 • 단시간 측정

가스의 주입만으로 자동적으로 측정을 시작하여 단시간(4분)에 완료합니다.

환자의 부담 경감

소용량 실린지를 통하여 구강 가스를 간단하고, 빠르게 채취합니다.

유지 보수의 편리

센서 • 컬럼의 긴 수명으로 약 2년 동안은 별도의 유지 보수 없이 사용 가능합니다.

충실한 데이터 관리 응용

시각효과가 뛰어난 구취 Level의 판정 화면 / 환자의 개별 관리가 가능합니다.

www.fisinc.co.jp

OralChroma

구취측정기

CHM-2-BL 블루
CHM-2-PK 핑크

컴퓨터는 포함되어 있지 않습니다.

사 양

상품명	오랄크로마	모델명	CHM-2 [CHM-2 BL(블루) / CHM-2 PK(핑크)]
측정방식	간이 가스크로마토그래피 방식	가스주입량	1cc
측정가스	휘발성 유황 화합물 1. 황화수소 2. 메틸메르캅탄 3. 디메틸설파이드	측정시간	4분
		측정단위	ppb 및 ng/10ml
		가스채취방법	실린지에 의한 수동 주입
사용습도범위	상대습도 80%이하 (결로없음)	사용온도범위	10~30℃
보관습도범위	상대습도 20~90% (결로없음)	보관온도범위	-20~60℃
전원	AC 100V~240V • 50/60Hz	소비전력	60VA
크기(mm)	W:280×H:170×D:385	중량	4kg
접속방식	USB	소프트웨어 대응OS	Windows XP / Vista / 7 / 8

• Windows는 미국 Microsoft Corporation의 미국 및 그 외의 국가에서의 등록상표입니다.
• 본체만으로는 측정이 불가합니다.

• 본 제품에 컴퓨터는 포함되어 있지 않습니다.
• 본 제품은 의료 기기가 아닙니다.

구취측정 화면

측정 중 그래프를 통하여 구취 가스의 분리 상태나
피크 값을 화면상으로 확인할 수 있습니다.



데이터관리 화면

환자의 치료 과정 동안 상태나 효과를 [수치]와 [그래프]로
순차적으로 표시 및 관리가 가능하여
객관적 자료로서 활용할 수 있습니다.



안전에 관한 주의

• 사용 전 반드시 「취급 설명서」를 읽고 올바르게 사용하십시오.
• 구취 외의 가스를 측정하면, 가스 종류에 따라 고장의 원인이 되므로 주의하시기 바랍니다.

• 카탈로그에 기재되어있는 사양 및 외관은 예고 없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.

FIS Inc

문의(일본) : 072-780-1800

〒664- 0891
3-36-3 Kitazono, Itami, Hyogo
Tel : 072-780-1800
Fax : 072-785-0073
e-mail : info@fisinc.co.jp
URL : http://www.fisinc.co.jp

공식대리점

(주)동보무역상사

서울특별시 강남대로 54길 7, 403호 (도곡동, 명문빌딩)

Tel 02-538-1426 / 02-572-4240 **Fax** 02-538-3929
E-mail dongbotr@dongbotr.co.kr
www.dongbotr.co.kr

OD130603-01